



Rösner-Mautby Meditrade GmbH
Medipark 1
83088 Kiefersfelden – Germany
Telefon: +49 (0)8033/9760-0
Fax: +49 (0)8033/9760-60
E-Mail info@meditrade.de
Internet www.meditrade.de
ILN-Nr. 42 500164 0000 4

DATENBLATT NITRIL 3000

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Nitriluntersuchungshandschuh, weiß,
unsteril, pudertfrei, proteinfrei, latexfrei,
beidhändig passend, mit Rollrand,
zum Einmalgebrauch

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

REF	Größe	Länge // Breite (mm)	Wandstärke (mm)
1280XS	XS	mind. 240 mm / 70 mm ± 10 mm	Schaft: 0,050 ± 0,020 Handfläche: 0,060 ± 0,020 Finger: 0,080 ± 0,020
1280S	S	mind. 240 mm / 80 mm ± 10 mm	
1280M	M	mind. 240 mm / 95 mm ± 10 mm	
1280L	L	mind. 240 mm / 110 mm ± 10 mm	
1280XL	XL	mind. 240 mm / 120 mm ± 10 mm	
1280XXL	XXL	mind. 240 mm / ≥ 120 mm	

REIßKRAFT:

Vor Alterung: ≥ 6 N
Nach Alterung: ≥ 6 N

INHALTSSTOFFE

Nitrilbutadienkauschuk, Sulfur, Zinkoxid, ZDBC, ZDEC, Antioxidant.

Frei von: MBT, Thiuramen und Thioharnstoff (Thiourea).

VERPACKUNG

Box	Karton	Palette
100 Stück	10 Boxen	60 Karton

HALTBARKEIT

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung
(kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen unter 5°
Grad und über 35° Grad vermeiden)

WICHTIGER HINWEIS: NICHTBEACHTUNG DER INFORMATIONEN, INSBESONDERE ZUR VERWENDUNG, VERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. MEDITRADE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCHEN EINSATZ DER PRODUKTE. ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT ZUM EINMALGEBRAUCH – MATERIAL-VERÄNDERUNGEN / INFektionsrisiken Können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

PRODUKTBEZOGENE NORMEN

EN 455 / AQL 1,5

EN 374 / Ja (wasserfester Handschuh mit geringfügigem Schutz gegen chemische Gefahren)

QUALITÄT SZERTIFIKATE

EN ISO 9001:2008

EN ISO 13485:2012 + AC:2012

Medizinprodukt der Klasse I gem. Richtlinie 93/42/EWG

Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung 1831/2003